



OSPEDALE Casa Sollievo della Sofferenza
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
OPERA DI SAN PIO DA PIETRELCINA
Viale Cappuccini snc - SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

DICHIARAZIONE DI UNICITA'

PER PROGETTI FINANZIATI DAI FONDI SIE-FSC-FESR E DA ENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

San Giovanni Rotondo, 17/07/2025

Al Responsabile Amministrativo
Dott. Michele Giuliani

DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA' (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto Dott. Massimo Carella, codice fiscale CRLMSM68P05I158D, in qualità di Responsabile del Progetto titolato: Hub Life Science – Terapia Avanzata (LSH-TA),
Riferimento: PNC-E3-2022-23683269,
Codice commessa: RPNC22UPTA01,
CUP: I23C22000870001,
in relazione alla allegata richiesta di acquisto n° 39103 del 17/07/25, attinente la richiesta di fornitura di: Nr.1 Quantstudio 6 Pro real time PCR system,

premesso che

la Quantstudio 6 Pro è garantita da privativa industriale, come comprovato dall'allegata dichiarazione rimessa dal produttore, di seguito specificato, e pertanto la stessa ha caratteristiche di unicità per specifiche di progettazione e produzione, requisiti tecnici e grado di perfezione; inoltre, essa viene distribuita in modo esclusivo dallo stesso produttore Life Technologies Italia, filiale della Life Technologies Europe B.V., parte del gruppo Thermo Fisher Scientific, in qualità di sede italiana del produttore.

Considerato che

Il sistema real time PCR QuantStudio 6 Pro è un dispositivo progettato per utenti che necessitano di un sistema real time PCR conveniente e facile da usare, ma con elevate prestazioni.

Le sue caratteristiche specifiche includono:

- a) Tecnologia OptiFlex:
 - LED bianco brillante con un'emivita superiore ai 5 anni (almeno 60.000 ore).
 - 5 filtri accoppiati di eccitazione (spettro 450-680 nm) ed emissione (spettro 500-730 nm) per blocchi da 96 pozzetti. Capacità di rilevare fino a 5 colori.
- b) Tecnologia Veriflex:
 - Suddivisione del blocco da 96 pozzetti in 3 zone di temperatura.
 - Differenza di temperatura programmabile tra i blocchi di oltre 25°C, con una massima differenza di temperatura permessa tra blocchi adiacenti di 5°C.
 - Permette di impostare 3 diverse temperature di annealing in una sola reazione, garantendo precisione e robustezza dei dati.
- c) Flessibilità dei blocchi intercambiabili:
 - Supporto per blocchi da 96 pozzetti (0.2 mL e 0.1 mL) e blocco da 384 pozzetti.
 - Facilità di sostituzione dei blocchi per adattarsi a varie esigenze sperimentali.
- d) Upgradabilità:



OSPEDALE Casa Sollievo della Sofferenza
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
OPERA DI SAN PIO DA PIETRELcina
Viale Cappuccini snc -SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

DICHIARAZIONE DI UNICITA'

PER PROGETTI FINANZIATI DAI FONDI SIE-FSC-FESR E DA ENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

San Giovanni Rotondo, 17/07/2025

- Possibilità di aggiornamento alla versione QuantStudio 7 Pro, estendendo la flessibilità d'uso con l'implementazione del blocco intercambiabile TAC (Taqman Array Card).

Tanto premesso e considerato

nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, pubblicità ed effettiva concorrenza previsti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile a tutti i soggetti, anche di natura privata, che accedono a progetti finanziati dai fondi afferenti al Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 2022,

Dichiara

che il sistema Real time PCR QuantStudio 6 PRO è un'apparecchiatura unica e specifica, non sostituibile con altri strumenti presenti sul mercato, in quanto le sue caratteristiche tecniche e le tecnologie integrate (OptiFlex e Veriflex) non sono replicabili da altri dispositivi.

La sua capacità di gestire diverse temperature di annealing e la flessibilità dei blocchi intercambiabili lo rendono indispensabile per le specifiche esigenze sperimentali previste dal Progetto in epigrafe.

La presente dichiarazione è redatta in conformità con le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) e successive modifiche, in particolare:

- e) Articolo 63, comma 2, che prevede la possibilità di dichiarare l'infungibilità di beni e servizi in caso di specifiche tecniche uniche.
- f) Articolo 95, comma 2, che stabilisce i criteri di aggiudicazione e la necessità di motivare l'assenza di alternative sul mercato.

Pertanto, si dichiara che l'acquisto di tale apparecchiatura è giustificato dalla sua infungibilità, in conformità con la vigente normativa sugli appalti.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che quanto affermato corrisponde a verità e di essere a conoscenza della responsabilità penale prevista, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate in merito alla presente dichiarazione.

Il Responsabile del Progetto
OSPEDALE
CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
- Opera di San Pio da Pietrelcina -
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
Il Vicedirettore Scientifico
Dott. Massimo Carella

Si Allega: documentazione comprovante i diritti di privativa industriale ricevuta dal fornitore